

使用 Enerzair Breezhaler 之前，請閱讀完整的使用與操作說明。



置入

1


步驟 1a：
拔開帽蓋



步驟 1b：
打開吸入器



步驟 1c：
取出膠囊



將其中一個泡殼與鋁箔片分開。
切勿將膠囊壓出鋁箔。
不可吞服膠囊。


步驟 1d：
裝入膠囊



切勿將膠囊直接放進口含吸入器內。

步驟 1e：
蓋上吸入器






刺破並放開

2

步驟 2a：
刺破膠囊一次
直立握住吸入器。
同時緊壓兩側按鈕以刺破膠囊。
聽到聲音表示膠囊已被刺破。
只可刺破膠囊一次。



步驟 2b：
放開兩側按鈕





深吸

3

步驟 3a：
將氣完全吐出
不可對著吸入器吐氣。





步驟 3b：
深深吸入藥物
如圖示握住吸入器。
將吸入口放入口中，並緊閉雙唇。
此時不要按壓兩側按鈕。
快速吸氣，儘可能深深吸氣。
吸藥時，您會聽見呼呼的聲音。
您在吸藥時會嚐到藥物味。



步驟 3c：
屏住呼吸
閉氣最多 5 秒。

步驟 3d：
漱口
每次用藥後以清水漱口並吐出。






檢視膠囊是否空的
檢查

檢視膠囊是否空的
打開吸藥器，檢查膠囊內是否有粉末殘留。

若膠囊內有粉末：

- 關上吸入器。
- 重複步驟 3a 至 3d。

粉末殘留 空膠囊



取出空膠囊
將空膠囊丟入家用垃圾桶。
關上吸入器，並蓋上帽蓋。

重要資訊

- Enerzair Breezhaler 膠囊必須存放在鋁箔片中，並且只能在使用前取出。
- 請勿將膠囊壓出鋁箔之方式，將膠囊從從泡殼中取出。
- 不可吞服膠囊。
- 請勿將 Enerzair Breezhaler 膠囊與任何其他吸入器一起使用。
- 請勿使用 Enerzair Breezhaler 吸入器服用任何其他膠囊藥物。
- 切勿將膠囊放入口中或吸入器的口含器中。
- 只須按壓 1 次兩側按鈕。
- 請勿對著口含器吐氣。
- 經由口含器吸氣時，請勿按壓兩側按鈕。
- 請勿以潮濕的手拿取膠囊。
- 切勿以水清洗吸入器。

您的 Enerzair Breezhaler 吸入器包裝內含：

- 一個 Enerzair Breezhaler 吸入器
- 一片或多片鋁箔片，每片包含 10 個 Enerzair Breezhaler 膠囊，用於吸入器

常見問題

我吸藥時，為什麼吸入器不會發出聲音？
膠囊可能在膠囊室內卡住。若發生這種情況，請輕拍吸入器底座，小心地鬆動膠囊。重複步驟 3a 至 3d，再次吸入藥物。

如果膠囊內有殘留粉末，我該如何處理？
您未吸取足夠的藥物。關上吸入器，並重複步驟 3a 至 3d。


吸藥後我會咳嗽。這有關係嗎？
可能會發生此情況。只要膠囊是空的，您便已吸入足夠的藥物。

我覺得舌頭上有膠囊碎片。這有關係嗎？
可能會發生此情況。它並無害處。若膠囊被刺穿不止一次，則膠囊破成碎片的的可能性會增加。

清潔吸入器
以乾淨、乾燥的無塵布擦拭口含器內外，以去除任何的殘留粉末。吸入器應保持乾燥。絕對不可以水清洗吸入器。

使用後吸入器的處置
如果已經用完所有膠囊，應將該吸入器丟棄。請詢問你的藥師如何處理不再需要的藥物與吸入器。


使用 Enerzair Breezhaler 之前，請閱讀完整的使用與操作說明。



置入

1

步驟 1a：
拔開帽蓋



步驟 1b：
打開吸入器



步驟 1c：
取出膠囊




將其中一個泡殼與鋁箔片分開。
切勿將膠囊壓出鋁箔。
不可吞服膠囊。


步驟 1d：
裝入膠囊



切勿將膠囊直接放進口含吸入器內。

步驟 1e：
蓋上吸入器






刺破並放開

2

步驟 2a：
刺破膠囊一次
直立握住吸入器。
同時緊壓兩側按鈕以刺破膠囊。
聽到聲音表示膠囊已被刺破。
只可刺破膠囊一次。



步驟 2b：
放開兩側按鈕





深吸

3

步驟 3a：
將氣完全吐出
不可對著吸入器吐氣。





步驟 3b：
深深吸入藥物
如圖示握住吸入器。
將吸入口放入口中，並緊閉雙唇。
此時不要按壓兩側按鈕。
快速吸氣，儘可能深深吸氣。
吸藥時，您會聽見呼呼的聲音。
您在吸藥時會嚐到藥物味。



步驟 3c：
屏住呼吸
閉氣最多 5 秒。

步驟 3d：
漱口
每次用藥後以清水漱口並吐出。





檢視膠囊是否空的
檢查

檢視膠囊是否空的
打開吸藥器，檢查膠囊內是否有粉末殘留。

若膠囊內有粉末：

- 關上吸入器。
- 重複步驟 3a 至 3d。

粉末殘留 空膠囊



取出空膠囊
將空膠囊丟入家用垃圾桶。
關上吸入器，並蓋上帽蓋。

重要資訊

- Enerzair Breezhaler 膠囊必須存放在鋁箔片中，並且只能在使用前取出。
- 請勿將膠囊壓出鋁箔之方式，將膠囊從從泡殼中取出。
- 不可吞服膠囊。
- 請勿將 Enerzair Breezhaler 膠囊與任何其他吸入器一起使用。
- 請勿使用 Enerzair Breezhaler 吸入器服用任何其他膠囊藥物。
- 切勿將膠囊放入口中或吸入器的口含器中。
- 只須按壓 1 次兩側按鈕。
- 請勿對著口含器吐氣。
- 經由口含器吸氣時，請勿按壓兩側按鈕。
- 請勿以潮濕的手拿取膠囊。
- 切勿以水清洗吸入器。

您的 Enerzair Breezhaler 吸入器包裝內含：

- 一個 Enerzair Breezhaler 吸入器
- 一片或多片鋁箔片，每片包含 10 個 Enerzair Breezhaler 膠囊，用於吸入器

常見問題

我吸藥時，為什麼吸入器不會發出聲音？
膠囊可能在膠囊室內卡住。若發生這種情況，請輕拍吸入器底座，小心地鬆動膠囊。重複步驟 3a 至 3d，再次吸入藥物。

如果膠囊內有殘留粉末，我該如何處理？
您未吸取足夠的藥物。關上吸入器，並重複步驟 3a 至 3d。

吸藥後我會咳嗽。這有關係嗎？
可能會發生此情況。只要膠囊是空的，您便已吸入足夠的藥物。

我覺得舌頭上有膠囊碎片。這有關係嗎？
可能會發生此情況。它並無害處。若膠囊被刺穿不止一次，則膠囊破成碎片的的可能性會增加。

清潔吸入器
以乾淨、乾燥的無塵布擦拭口含器內外，以去除任何的殘留粉末。吸入器應保持乾燥。絕對不可以水清洗吸入器。

使用後吸入器的處置
如果已經用完所有膠囊，應將該吸入器丟棄。請詢問你的藥師如何處理不再需要的藥物與吸入器。

